



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,02A](http://radwag.com/it/info,w1,02A)

## MAS.1.51.Y Modulo di pesatura



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	51 g
Pesata minima	1 mg
Intervallo di prearico	5,1 g
Accuratezza	0,01 mg
Intervallo di tara	-51 g
Pesata minima (secondo USP)	24 mg
Pesata minima (U=1%,k=2)	2,4 mg
Ripetibilità (Max)	0,025 mg
Ripetibilità (5% Max)	0,012 mg
Linearità	±0,06 mg
Tempo di stabilizzazione	6 s
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del piatto di pesata	ø33 mm
Device dimensions	289×143×125 mm

Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	650×340×315 mm
Peso netto	4,7 kg
Peso lordo	6,7 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 54
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	40% ÷ 80%



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Tavoli antivibranti  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

Tavolo di pesata professionale  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions



MAS.1  
MAS.1.R



MAS.1



MAS.1.Y



MAS



R operator panel



Y operator panel