



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,9XE](http://radwag.com/de/info,w1,9XE)

# Automatische Pipette 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	100 – 1000 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	0,7% / 0,2%
Spitzen	1000 µl



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung