



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,9XE](http://radwag.com/pl/info,w1,9XE)

# Pipeta automatyczna 100 $\mu$ l ÷ 1000 $\mu$ l - RW8-106-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	100 – 1000 $\mu$ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	0,7% / 0,2%
Końcówki	1000 $\mu$ l



## Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet