



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,9XE

# 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9 Otomatik Pipetler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacim	100 µl ÷ 1000 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	0,7% / 0,2%
Uçlar	1000 µl



## İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler