



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,A7T](http://radwag.com/de/info,w1,A7T)

# Automatische Pipette 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	2 µl ÷ 20 µl
Genauigkeitsfehler	3,0% / 0,9%
Wiederholbarkeitsfehler	2,0% / 0,4%
Spitzen	300 µl



## Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Pipettenspitzen