



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,A7T

Automatische Pipette 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	2 µl ÷ 20 µl
Genauigkeitsfehler	3,0% / 0,9%
Wiederholbarkeitsfehler	2,0% / 0,4%
Spitzen	300 µl



Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
 Pipettenspitzen