



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,A7T

Pipeta automática 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	2 – 20 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,9%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,4%
Terminaciones	300 µl



Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
 Puntas de pipeta