



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,A7T

2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Hacim	2 – 20 µl
Systematic error	3,0% / 0,9%
Tekrarlanabilirlik error	2,0% / 0,4%
Uçlar	300 µl



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
Pipet uçları