



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,C80](http://radwag.com/de/info,w1,C80)

# Automatische Pipette 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	10 – 100 µl
Genauigkeitsfehler	3,0% / 0,8%
Wiederholbarkeitsfehler	1,5% / 0,15%
Spitzen	300 µl



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Pipettenspitzen