



radwag.com



Pipeta automática 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,C80



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Volumen	10 µl ÷ 100 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,8%
Error de la repetibilidad	1,5% / 0,15%
Terminaciones	300 µl



Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal