



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,C80](http://radwag.com/es/info,w1,C80)

# Pipeta automática 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	10 – 100 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,8%
Error de la repetibilidad	1,5% / 0,15%
Terminaciones	300 µl



## Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
 Puntas de pipeta