



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,C80](http://radwag.com/fr/info,w1,C80)

# Pipette automatique 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	10 – 100 µl
Erreur de précision	3,0% / 0,8%
Erreur de répétabilité	1,5% / 0,15%
Bouts	300 µl



## Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
 Embouts de pipette