




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,HPG

Moduł wyjść analogowych (HX7, HY10)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Moduł wyjść analogowych przetwarza sygnał wyjściowy wagi (masę) na sygnał analogowy. Wartość masy najczęściej jest reprezentowana w postaci sygnału prądowego 4-20 mA. Ze względu na niską rozdzielczość modułu (kilka tysięcy) taki sygnał jest wykorzystywany wautomatycznie do procesów niewymagających dużej precyzji.

Moduł wyjść analogowych występuje w: module komunikacyjnym IM01.EX-2 i module wagowym MW01-A7, aza dopłatą wterminalu: PUE HX7 i PUE HY10.

Pasuje do

Terminal wagowy PUE HX7

Terminal wagowy PUE HY10