



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,IRH

Automatische Pipette 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	20 µl ÷ 200 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	0,8% / 0,15%
Spitzen	300 µl



Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung