



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,IRH

Pipeta automatyczna 20 μ l ÷ 200 μ l - RW8-105-20-9

PA-203-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	20 – 200 μ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	0,8% / 0,15%
Końcówki	300 μ l



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet