



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,IRH

## 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9 Otomatik Pipetler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacim	20 – 200 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	0,8% / 0,15%
Uçlar	300 µl



### İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler