



## Przewód PT0455



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód PT0455 służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z drukarką RADWAG RTP. Jego standardowa długość wynosi 1,8m.

## Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Susceptometr do pomiaru magnetyzmu  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Robotyczne komparatory masy  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Automatyczny komparator masy UMA

Komparatory do pomiaru gęstości  
Mikrowaga MYA 5Y  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Robotyczny System Wagowy RMC F  
Robotyczny System Wagowy RB F  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

