



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PA9](http://radwag.com/pl/info,w1,PA9)

## Zestaw MV Test

WX-003-0104



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Zestaw MV Test służy do oceny dokładności suszenia i precyzji pomiarów oraz jest stosowany do weryfikacji poprawności działania wagosuszarek. Układ grzewczy wagosuszarki działa poprawnie, jeżeli w wyniku suszenia substancji referencyjnej (NaCl) uzyskuje się wynik zawartości masy suchej zgodny z wartością certyfikowaną.

W skład Zestawu MV Test wchodzi:

chlórek sodu o stężeniu 10% (weryfikowanym przez laboratorium) i pojemności 250 ml, certyfikat jakości dla chlorku sodu wydawany przez RADWAG, pipeta Pasteura do przenoszenia substancji referencyjnej, pęseta stalowa do selekcji i transportu filtrów, filtry z włókna szklanego – 60 sztuk, broszura o wagosuszarkach MA X2 i PMV 50 PLUS, która wyjaśnia, jak wykorzystać Zestaw MV Test w ocenie dokładności pomiaru wilgotności lub masy suchej.

Procedura weryfikacji działania wagosuszarki przy użyciu zestawu została przedstawiona w publikacji: Dokładność i precyzja w badaniach zawartości wody.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Wagosuszarka MA 5Y  
Wagosuszarka MA X7.A

Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Wagosuszarka PMV 5Y