



## Platillo autocentrado suspendido para el comparador de masas manual WAY 5.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Platillo autocentrado suspendido está dedicado a los comparadores de masa manuales de la serie WAY 5Y.KO.

Se monta en la etapa de producción del dispositivo en lugar de un platillo estándar, por lo tanto, debe solicitarse al realizar un pedido de un comparador (no se vende como un producto separado). El platillo tiene las siguientes funciones: varios pesos ubicados excéntricamente que constituyen el resultado del patrón comparativo, establecer el centro de gravedad de la muestra de prueba y la muestra de referencia siempre en el mismo lugar.



# Trabaja con

Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO