



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,QLH

Automatische Pipette 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	5 µl ÷ 50 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	2,0% / 0,3%
Spitzen	300 µl



Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
 Pipettenspitzen