



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,QLH

Pipeta automática 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	5 µl ÷ 50 µl
Error de la exactitud	2,0% / 0,6%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,3%
Terminaciones	300 µl



Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal