



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,QLH

Pipette automatique 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	5 μ l ÷ 50 μ l
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,3%
Bouts	300 μ l



Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P
Microbalance MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
Embouts de pipette