



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,QLH](http://radwag.com/fr/info,w1,QLH)

# Pipette automatique 5 $\mu$ l ÷ 50 $\mu$ l - RW8-103-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	5 – 50 $\mu$ l
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,3%
Bouts	300 $\mu$ l



## Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
 Embouts de pipette