



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,QLH

## 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9 Otomatik Pipetler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacim	5 µl ÷ 50 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	2,0% / 0,3%
Uçlar	300 µl



### İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler  
Pipet uçları