radwag.com

5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9 Otomatik Pipetler

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,QLH

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacım	5 µl ÷ 50 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	2,0% / 0,3%
Uçlar	300 µl

İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
Çok kanallı pipet kalibrasyon otomatı