



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,SE5](http://radwag.com/pl/info,w1,SE5)

## Waga krzesłkowa C315.K.250.C-1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Funkcje



Wewnętrzny akumulator



Zatrząsk maksymalnego  
wskazania



Procedury GLP



Pamięć ALIBI



BMI

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	250 kg
Dokładność odczytu [d]	100 g
Zakres tary	-250 kg
Klasa dokładności OIML	III

#### Parametry fizyczne

Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiary opakowania	800×620×1100 mm
Masa netto	20 kg
Masa brutto	28 kg

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

W świetle regulacji MDR ta waga nie jest wyrobem medycznym.



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria

### Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Wyświetlacze

Wyświetlacze

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 - USB

Konwerter RS 232 – RS 485


Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

- R-Panel [WX-010-0187]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]

## Wymiary urządzenia



C315.K