



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,UAW](http://radwag.com/de/info,w1,UAW)

# Automatische Pipette 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	0,5 µl ÷ 10 µl
Genauigkeitsfehler	2,5% / 1,0%
Wiederholbarkeitsfehler	1,5% / 0,8%
Spitzen	10 µl



## Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Pipettenspitzen  
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung