



Pipeta automática 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,UAW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Volumen	0,5 – 10 µl
Error de la exactitud	2,5% / 1,0%
Error de la repetibilidad	1,5% / 0,8%
Terminaciones	10 µl



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Puntas de pipeta
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas