



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,UAW

Pipeta automática 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	0,5 – 10 µl
Error de la exactitud	2,5% / 1,0%
Error de la repetibilidad	1,5% / 0,8%
Terminaciones	10 µl



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Puntas de pipeta
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas