



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,UAW

Pipette automatique 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|------------------------|-------------|
| Volume | 0,5 – 10 µl |
| Erreur de précision | 2,5% / 1,0% |
| Erreur de répétabilité | 1,5% / 0,8% |
| Bouts | 10 µl |



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Embouts de pipette
 Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes