



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,UAW](http://radwag.com/fr/info,w1,UAW)

# Pipette automatique 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	0,5 µl ÷ 10 µl
Erreur de précision	2,5% / 1,0%
Erreur de répétabilité	1,5% / 0,8%
Bouts	10 µl



## Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P  
 Microbalance MYA 5Y.P

Embouts de pipette  
 Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes