



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,UAW](http://radwag.com/pl/info,w1,UAW)

# Pipeta automatyczna 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	0,5 µl ÷ 10 µl
Błąd dokładności	2,5% / 1,0%
Błąd powtarzalności	1,5% / 0,8%
Końcówki	10 µl



## Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Końcówki do pipet  
 Wagi automatyczne do kalibracji pipet