



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,UAW

0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Hacim	0,5 – 10 µl
Systematic error	2,5% / 1,0%
Tekrarlanabilirlik error	1,5% / 0,8%
Uçlar	10 µl



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet uçları
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler