



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,VML

Pipette automatique 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	500 µl ÷ 5000 µl
Erreur de précision	2,0% / 0,5%
Erreur de répétabilité	0,6% / 0,15%
Bouts	5000 µl



Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P
 Microbalance MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes