



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,VML

Pipette automatique 500 μ l ÷ 5000 μ l - RW8-107-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	500 – 5000 μ l
Erreur de précision	2,0% / 0,5%
Erreur de répétabilité	0,6% / 0,15%
Bouts	5000 μ l



Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes