



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,VML

Pipeta automatyczna 500 μ l ÷ 5000 μ l - RW8-107-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	500 μ l ÷ 5000 μ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,5%
Błąd powtarzalności	0,6% / 0,15%
Końcówki	5000 μ l



Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet