Robotermassekomparator RMC 100.1.5Y

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,XHF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E0 Kalibrierungsbereich	1
E1 Kalibrierungsbereich	1 g ÷ 100 g
E2 Kalibrierungsbereich	1 g ÷ 100 g
F1 Kalibrierungsbereich	1 g ÷ 100 g
F2 Kalibrierungsbereich	1 g ÷ 100 g
Wägebereich [Max]	106 g
Ziffernschritt [d]	0,1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,5 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,8 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	2 µg
Elektrischer Abgleichbereich	-1 g ÷ +6 g
Stabilisierungszeit	30 s
Justierung	extern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen

Physikalische Parameter	
Magazin von Gewichten	100
Waagschale	24×63 mm
Abmessungen des Geräts	1750×1070×1800 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% ÷ 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5%/12h (3%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Zubehör

RFID-Tag
Zusätzliche Module
Schutzhauben
Barcodescanner
Kabel RS 232, RS 485
Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser
Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- System RMCS [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Abmessungen des Geräts



RMC 100.1, RMC 1000.1