



MIJO determinación del contenido de agua

La humedad es un parámetro de calidad importante de los granos de mijo. Un contenido de agua demasiado alto en el grano hace que los cambios bioquímicos y microbiológicos son desfavorables, lo que limita el tiempo de su almacenamiento seguro. Por otro lado, un contenido de agua demasiado bajo aumenta la susceptibilidad del grano a sufrir daños durante su procesamiento por la unidad de trilla, durante la limpieza y su transporte. Por otro lado, la información sobre la humedad del grano es un parámetro clave para el correcto diseño del proceso de secado. Este proceso consume mucha energía, por lo que su optimización reduce significativamente los costos del cultivo de granos. Es posible realizar un análisis rápido del contenido de agua en los granos utilizando un método validado con los analizadores de humedad de las series MA/R y MA/X2 de Radwag.



La nota de aplicación contiene información básica para el proceso de validación del método de secado para un producto como el mijo con el uso de analizadores de humedad de las series MA/R y MA/X2 fabricados por Radwag. La nota de aplicación puede ser la base para desarrollar su propia metodología de secado, teniendo en cuenta las características específicas del producto probado.



Mijo – determinación del contenido de agua.

Método usando radiación IR

Centro de Certificación e Investigación en Metrología, Radwag, Polonia

Toruńska 5, 26-600 Radom, Polska +48 48 386 60 00, e-mail: office@radwag.com,

www.radwag.com

TÉRMINOS

EXACTITUD: la determinación del contenido de agua/masa seca es la diferencia entre el resultado del contenido de agua/masa seca obtenido en el método del analizador de humedad y el resultado del contenido de agua/masa seca obtenido al secar la misma muestra utilizando el método de referencia.

PRECISIÓN: grado de conformidad entre los resultados de pruebas independientes obtenidos en condiciones establecidas. La medida de precisión es la desviación estándar de una serie de varias mediciones.

MÉTODO DE REFERENCIA

Los parámetros del método de referencia generalmente se dan en estándares u otros documentos de la industria como los llamados guías. Si dichos documentos no están disponibles, se utiliza la temperatura de secado a la que no hay cambio en el color de la muestra analizada. Para las muestras ensayadas se aplicaron los requisitos de la norma PN-EN ISO 712. Granos de cereales y productos a base de cereales. Determinación de la humedad.

Método de apelación.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

No aplica.

ACCESORIOS

Secador de laboratorio, recipientes de pesaje con tapa, balanza AS 220.X2, cucharilla de laboratorio.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Las muestras que pesan aproximadamente 5 g se colocan en recipientes de pesaje de vidrio previamente secados. Determine el peso real de las muestras a analizar utilizando una balanza con una precisión de pesaje de 0,1 mg (AS 220.X2). Los recipientes de pesaje con la muestra y las tapas deben colocarse en un secador de laboratorio con temperatura controlada. Secar las muestras a 130 °C durante 2 horas. Pasado este tiempo, retire los recipientes, colóquelos en un desecador para que se enfríen y luego pesarlos.

Vuelva a colocar las muestras en el secador de laboratorio y séquelas durante 30 minutos. Enfriar las muestras de nuevo y pesarlas. Repita el proceso hasta que se obtenga un peso de muestra constante o se registre un aumento en el peso de la muestra después de un secado adicional.

RESULTADO

Nombre de la muestra	MIJO
Contenido de agua (%)	12.87
Desviación estándar (%)	0.10

MIJO – PRUEBA DE CONTENIDO DE AGUA MEDIANTE ANALIZADOR DE HUMEDAD

Hay dos fenómenos en la prueba del contenido de agua usando un método de analizador de humedad (radiación IR): convección y radiación. El aumento de la temperatura de la muestra se produce desde las capas superiores hasta el fondo de la muestra. El gradiente de temperatura en la estructura de la muestra se minimiza optimizando el espesor de la muestra seca y la temperatura de secado.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

No aplica.

ACCESORIOS

Analizador de humedad MA/R o MA/X2, cucharilla de laboratorio, platillos de aluminio desechables.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Establezca los parámetros de secado que se indican a continuación. Se coloca una muestra que pesa aproximadamente 5 g en una capa delgada sobre la superficie del platillo. Comience a secar cerrando la cámara de secado, manual o automáticamente.

PARÁMETROS DE SECADO / RESULTADOS

Nombre de la muestra	MIJO
Perfil de secado	Estándar
Temperatura de secado	130°C
Peso de la muestra (g)	~ 5
Fin del análisis	Auto 2
Contenido de agua (%)	12.64
Desviación Estándar (%)	0.10
Tiempo de análisis \bar{x} (min)	~ 22

PRECISIÓN DEL MÉTODO MA/R ÷ MA/X2

Nombre de la muestra	MIJO
Contenido de agua Ref. (%)	12.87 ± 0.10
Contenido de agua MA R/X2 (%)	12.64 ± 0.10
Precisión del análisis (%)	0.23

NOTA

El método descrito ha sido verificado por el Laboratorio de Investigación, sin embargo, los resultados presentados no tienen en cuenta los factores resultantes de la diversidad de la especificidad de las muestras analizadas, las habilidades personales de los operadores y la capacidad de medición utilizada por los usuarios del analizador de humedad. Por esta razón, Radwag no se hace responsable del uso de los parámetros de secado presentados, pero pueden usarse para desarrollar su propia metodología de secado.

