

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (NR 35/1/18/PL)

1	Wyroby medyczne: Waga niemowlęca model WPT 6/15D ; WPT 10/20D Waga osobowa model WPT 60/150 O ; WPT 60/150 OW ; WPT 100/200 O ; WPT 100/200 OW Waga łóżkowa model WPT/4B 500C ; WPT/8B 300C Waga krzeselkowa model WPT/4K 150C ; WPT/K 250C	
2	Producent: RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski Adres: ul. Toruńska 5, 26-600 Radom	
3	Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta	
4	Klasa: I z funkcją pomiarową wg reguły 12 zał. IX dyrektywy 93/42/EWG. Procedura oceny zgodności dla Dyrektywy MDD – Aneks VII + Aneks V dla funkcji pomiarowej	
5	Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:	
6	Dyrektywa	Normy zharmonizowane
	2014/31/UE	PN-EN 45501
	93/42/EWG	
7	Jednostka notyfikowana nr 1383, Czech Metrology Institute, przeprowadziła badanie typu WE i wydała certyfikat zatwierdzenia typu EC nr TCM 128/14-5190. Jednostka notyfikowana nr 1383, Czech Metrology Institute, przeprowadziła badanie i wydała certyfikat nr ZR 128/06-0050 dla miernika	
8	Informacje dodatkowe: Nadzór nad systemem jakości producenta zgodnie z modułem D wykonuje Jednostka notyfikowana nr 1383, Czech Metrology Institute (Dyrektywa NAWI). Nadzór nad systemem jakości producenta wykonuje Jednostka notyfikowana nr 2274, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Dyrektywa MDD).	

Podpisano w imieniu:

Dyrektora RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE - dr inż. Witolda Lewandowskiego

Radom 08.02.2018

.....

Miejsce i data wydania

Jacek Pilecki, Kierownik dz. kontroli jakości

.....
Imię i nazwisko, stanowisko



.....
 Podpis